

PLA MUNICIPAL DE CARDIOPROTECCIÓ DE MONTBRIÓ DEL CAMP





ÍNDEX

Introducció	pàg 2
Justificació	pàg 3
Cardioprotecció	pàg4
Dades de la població de Montbrió del Camp	pàg 5
Actuació davant la sospita de mort sobtada	pàg 8
Dotació i distribució dels DEA	pàg 8
Formació Primers interventors	pàg 13
Formació a la ciutadania	pàg 14
Promoció hàbits saludables	pàg 16
Bibliografia	pàg 20
Annex 1	pàg 21
Annex 2	pàg 33

1. Introducció

Les malalties cardiovasculars constitueixen la primera causa de mort en el món occidental i, entre aquelles, destaca la mort sobtada cardíaca. L'aturada cardíaca o aturada cardiorespiratòria (ACR) ve definida com la interrupció sobtada, inesperada i potencialment reversible de la respiració i la circulació sanguínia espontànies, com a conseqüència d'un procés patològic agut. La majoria de les morts sobtades cardíques succeeixen fora de l'àmbit sanitari.

La mort sobtada és l'aparició sobtada i inesperada d'una aturada cardíaca en una persona aparentment sana i en bon estat. La principal causa és una arrítmia cardíaca (fibril·lació ventricular) amb la qual el cor perd la seva capacitat de contraure's de forma organitzada i deixa de batejar.

Els primers símptomes la pèrdua del pols i conseqüentment és perd el coneixement i la capacitat de respirar. La víctima necessita atenció immediata i l'únic tractament eficaç és el massatge cardíac i la desfibril·lació.

Es calcula que aproximadament que per cada minut de demora en el tractament, la víctima perd la possibilitat de recuperació un 10%. Per aquesta raó és important posar en marxa les tres primers baules de la cadena de supervivència. (Imatge 1)

1. Reconeixement precoç de la parada cardíaca i alerta dels equips d'emergència (112)
2. Iniciar maniobres de reanimació cardiopulmonar (RCP)
3. Desfibril·lació precoç per tal de restablir la funció cardíaca.

Imatge 1





Per aquesta raó és important saber identificar precoçment la parada cardíaca i iniciar de la forma més precoç la reanimació cardiopulmonar, fins l'arribada d'un desfibril·lador i/o els equips d'emergències sanitàries. Aquestes dues baules són les fonamentals de la cadena de supervivència, que inclouen la identificació precoç i activació del sistema d'emergències, l'inici immediat de la reanimació cardiopulmonar i la desfibril·lació precoç.

En aquest context, el municipi de Montbrió del camp es compromet a implementar un pla de cardioprotecció, que abraça la instal·lació de DEA en diferents llocs estratègics, la formació de primers interventors, formació bàsica en les tècniques de reanimació cardiopulmonar (RCP) a la ciutadania i la promoció de la salut cardiovascular.

Els principals objectius d'aquest pla no es limiten a només poder salvar vides, sinó també conscienciar a la població sobre la importància de la resposta ràpida davant d'una parada cardíaca i promocionar hàbits de vida saludables.

2. Justificació

El pla municipal de cardioprotecció de Montbrió del camp sorgeix de la voluntat de ser un municipi cardioprotegit i poder garantir a la població una resposta ràpida i eficaç davant d'una parada cardíaca.

La instal·lació de desfibril·ladors en espais públics, sumada a la formació dels ciutadans, ofereix una oportunitat a augmentar les possibilitats de supervivència en aquest tipus d'emergència.

Aquest pla es fonamenta en tres grans pilars.

1. **Accessibilitat als desfibril·ladors:** Instal·lació de DEA en punts estratègics del municipi, com ara centres esportius, espais culturals i zones concorregudes.
2. **Formació de la població:** Promoció de cursos de formació en RCP i ús de DEA per a tots els sectors de la població, incloent treballadors municipals, personal d'institucions públiques, entitats i ciutadans voluntaris.



3. **Difusió i conscienciació:** Realització de campanyes informatives per sensibilitzar la comunitat sobre la importància de la cardioprotecció.

Amb aquesta iniciativa, Montbrió del Camp es posiciona com un municipi compromès amb la salut i la seguretat dels seus ciutadans, alineant-se amb la Cadena de Supervivència 2025. En aquest sentit, es posa especial èmfasi en les dues primeres baules: la identificació precoç de l'emergència i l'activació immediata del sistema d'emergències, així com la intervenció inicial amb suport vital bàsic i desfibril·lació precoç, integrant en aquesta segona baula les accions que anteriorment corresponien a les baules 2 i 3. D'aquesta manera, es contribueix de manera efectiva a reduir la mortalitat per causes cardiovasculars mitjançant una resposta ràpida, coordinada i eficient davant situacions d'emergència.

3. Cardioprotecció

El conjunt de mesures i estratègies dissenyades per prevenir, mitigar o tractar els efectes de les malalties cardiovasculars, principalment les patologies coronàries i els infarts de miocardi es coneixen amb el nom de cardioprotecció¹¹.

La cardioprotecció integra eines com la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) en diferents espais públics, la formació en reanimació cardiopulmonar de la ciutadania (RCP), la implementació de protocols d'emergència i la promoció d'hàbits saludables.

Així mateix, un Municipi cardioprotegit és aquell que, amb el conjunt dels recursos propis i aliens destinats a l'atenció de la mort sobtada, sigui possible que entre el reconeixement de la víctima, l'activació de l'112 i l'ús del DEA no s'abasti un temps superior als 5 minuts des de l'inici de l'ACR.

Per aquesta raó, per poder obtenir la certificació de municipi cardioprotegit cal que es compleixin els diferents criteris que determina el Consell Català de Ressuscitació (CRR)

1. Instal·lació de Desfibril·ladors
2. Ús i formació del DEA per part de personal no sanitari (primers interventors)

¹ La cardioprotecció engloba també conceptes com la prevenció primària i secundària, però en aquest document ens referirem només als termes d'actuació.



3. Compliment del requisits per la denominació de cardioprotecció en:

- a. Centres privats, espais i centres oberts o públics (exclosos els centres sanitaris i inclosos els espais municipals) han de disposar:
 - a. D'un pla d'actuació davant la sospita d'una mort sobtada
 - b. De l'acompliment dels requisits de formació contemplats en el Decret 151/2012
 - c. Dels DEA i dels recursos necessaris per adequar-se a les recomanacions internacionals subscrietes pel CCR: el temps entre la detecció de l'aturada i la primera descàrrega del DEA hauria de ser inferior a 5 minuts
- b. Municipis: Considerarem com municipi cardioprotegit aquell que, amb el conjunt dels recursos propis i aliens destinats a l'atenció de la mort sobtada, sigui possible que entre el reconeixement de la víctima, l'activació de l'112 i l'ús del DEA no s'abasti un temps superior als 5 minuts des de l'inici de l'ACR. Atès que les variables demogràfiques i territorials no permeten una acotació universal, el CCR considera com a cardioprotegit aquell municipi en el que es doni aquesta cobertura en un proporció de la població resident, en la globalitat dels seus nuclis habitats, superior a les 2/3 parts. Aquest criteri es fonamenta en les isòcrones des d'on estigui ubicat un DEA. En aquest conjunt de recursos s'inclouen també els DEA instal·lats en via pública i els DEA mòbils (dels que estan dotades unitats mòbils de primers interventors, per exemple com Polícies Locals, vehicles de Protecció Civil i bombers, municipals, transport públic, etc.). En tot cas, el municipi responsable del programa ha de vetllar per a que es proporcioni l'oportuna senyalística sobre la localització dels DEA's, dels sistemes electrònics d'avís i de comunicació, i ha de promoure accions de sensibilització i de formació en SVB + DEA per als ciutadans, que facin possible l'accés públic a la desfibril·lació.



4. Dades de la població de Montbrió del Camp

Montbrió del Camp és una vila que pertany a la comarca del Baix Camp, a les terres meridionals de Catalunya, situada al bell mig de la plana del Camp de Tarragona.

A uns 6 km. de la costa mediterrània, i a uns 5 km. de la serralada prelitoral catalana, el nucli urbà, amb 3000 habitants aproximadament, es troba a una altitud de 130 metres sobre el nivell del mar. Les rieres de Riudecanyes, de l'Ànima Blanca i d'Alforja travessen el terme municipal de muntanya a mar.

La distribució de la població segons el grup d'edat (Taula 1), es pot observar que la població compresa entre 65-84 anys correspon a un 13,8% de la població i un 2,8% correspon a gent major de 85 anys. Ambdós grups són els que tenen més incidència de patir una ACR.

Taula 1


GRUPS D'EDAT 2023	Nº HABITANTS
0-14 anys	563
15-64 anys	2069
65-84 anys	417
Mes de 85 anys	88
Total	3137

Font: *idescat.cat* (2024)


En la imatge 2 envoltat amb una línia groga es pot observar tot el nucli urbà de Montbrió del Camp, i la imatge 3, també envoltat amb a línia groga, es pot observar el nucli del poble on hi ha més concentració de població, aproximadament 2/3 de la població.



Imatge 2




Imatge 3



5. Actuació davant la sospita de mort sobtada.

Seguidament (Imatge 4) s'il·lustra l'algoritme d'actuació davant la sospita d'una ACR, segons l'European Resuscitation Council (ERC) 2025 i el consell Català de Ressuscitació (CCR) 2025

Imatge 4



Font: *Guies ERC 2025*

6. Dotació i distribució dels DEA.

Un desfibril·lador extern automàtic (DEA) és un dispositiu lleuger i portàtil dissenyat per administrar una descàrrega elèctrica al cor d'una persona en aturada cardiorespiratòria a través del pit.

Aquest xoc pot ajudar a aturar un ritme cardíac anòmal i restablir-ne el batec normal, mantenint així la situació sota "control" fins a l'arribada dels equips



d'emergència. Si no s'actua en els primers minuts, el risc de mort de la víctima augmenta considerablement.

Diferenciem 3 tipus de DEA's:

- Desfibril·ladors fixos: instal·lats a la via pública i accessibles a l'ús de qualsevol ciutadà
- Desfibril·ladors mòbils: Cedits a unitats mòbils de cossos oficials de primera intervenció (mossos, policia, brigada, bombers...). Aquests desfibril·ladors els podem trobar també en qualsevol ambulància de SVB, assignades a l'atenció de la patologia urgent del SEM
- Desfibril·ladors cedits: Cedits per cobrir actes amb factor de risc associat (aglomeració de gent, activitat de risc, població de risc...)

Tot i que cap dispositiu DEA està connectat telefònicament o electrònicament amb el 112, es garanteix la realització immediata de la trucada al 112 per part de l'usuari, mitjançant una xarxa de telefonia mòbil fiable i amb cobertura suficient a tot el municipi, fet que és àmpliament conegut per la ciutadania.

Així mateix, tant en espais privats com públics, l'accés ha d'estar senyalitzat d'acord amb la iconografia reconeguda internacionalment. (Imatge 5)

Imatge 5



També cal disposar d'un sistema d'emmagatzematge de les dades que hagi generat l'ús d'un DEA i especificar el procediment que permeti la seva anàlisi posterior.



Els DEA's han d'estar instal·lats segons el Decret 151/2012 i requereixen:

- Certificat d'instal·lació homologat segons el decret 365/2009 i decret 1591/2009
- Document acreditatiu de la inscripció de l'Oficina de Gestió Empresarial (1 certificat per DEA)
- Llistat de distribució del DEA's. **Taula 2**
- Mapa de localització **Imatge 6 (6.1, 6.2, 6.3)**
- Realització de manteniment

Tota la documentació esmentada es troba disponible a l'Annex 1

Taula 2

Distribució DEA's				
1	La Biblioteca Dr. Marc Ribas i Massó de Montbrió del Camp Av. Sant Jordi n.4	Espai d'ús públic 24 Hores	Fix	Sense connexió
2	Pavelló Municipal Av. dels Països Catalans, 3	Espai d'ús públic (segons horari d'obertura de les instal·lacions. Normalment 16:30-21h de dill-diss)	Fix	Sense connexió
3	Poliesportiu/piscina municipal Ctra. de Cambrils, s/n	Espai d'ús públic 24 Hores	Mòbil	Sense connexió
4	Escola Av. dels Països Catalans, 1	Espai d'ús públic 24 Hores	Fix	Sense connexió
5	Llar de l'avi C/ del Rec, 27	Espai d'ús privat 24 Hores	Fix	Sense connexió
6	Cotxe agutzil	Espai d'ús públic Segons horari brigada	Mòbil	Sense connexió
7	Consultori Local Av. de Josep Maria Soler,3	Centre Sanitari Segons horari consultori	Fix	Sense connexió

Taula 2




A continuació es poden observar la ubicació DEA's Montbrió del Camp

Imatge 6




Imatge 6.1



Avinguda Països Catalans n1
Avinguda Països Catalans n3
Av. de Josep Maria Soler n3



Imatge 6.2




Carrer del Rec n27

Avinguda Sant Jordi n4

Cotxe Agutzil


Imatge 6.3



Carretera de Cambrils s/n

Així mateix, en la imatge 7 es pot observar les isòcrones dels DEA a Montbrió del Camp.

Imatge 7



7. Formació de primers interventors

Un primer interventor és una persona no sanitària amb obligació professional de respondre davant d'una situació d'emergència, la qual cosa implica formació específica en el tipus de resposta a proporcionar i autorització administrativa per a fer ús d'un DEA. Queda entès que els professionals sanitaris (metges, infermers i TES) disposen d'aquesta formació sense haver d'estar enregistrats.

L'ús del DEA per personal no sanitari (primers interventors) en centres, edificis, espais, etc., on estiguin instal·lats queda regulat pel Decret 151/2012. Pel que fa a l'article 6.3 del Decret referit, en l'absència de personal autoritzat i que possibilita l'accés públic a la desfibril·lació, caldrà establir programes de sensibilització, informació i formació en SVB i DEA a la ciutadania, que el facin possible amb la major eficàcia.

Es recomana que el nombre de primers interventors acreditats sigui igual o superior al nombre de DEA disponibles. Aquests reben una formació acreditada i registrada per part



del Consell Català de Ressuscitació (CCR)/ERC segons el decret actual i amb el compromís de mantenir les reacreditacions actives.

La formació que es realitza té una durada de 6 hores i una vegada finalitzada es lliura un certificat acreditatiu de la superació del curs a les persones que l'han cursat. Aquelles que hagin superat el programa de formació base han d'actualitzar la seva formació en un període màxim de 3 anys, mitjançant la superació d'un curs de formació continuada de 90 minuts.

En el cas de Montbrió del Camp s'han realitzat 3 edicions per la formació de interventors, tal i com es mostra a la taula 3.

Taula 3

Data	Nombre de persones formades		Empresa formadora	Observacions
	Primera vegada (6h)	Reacreditació		
26/09/23	6 persones		Globalcardiac	Entitats + protecció civil
9/11/24	10 persones		CFIS	Entitats + Brigada
16/11/24	12 persones		CFIS	Entitats

8. Formació a la ciutadania

a. Programa de formació a l'escola

L'escola Josep M. Soler i Gené es va adherir al programa del CCR el setembre del 2019 i des deleshores es dur a terme el programa en les àrees de psicomotricitat i d'educació física.

A raó que els centres educatius és l'espai ideal per l'adquisició de aprenentatges tant teòrics com pràctics, i atès que el professorat compta amb els recursos pedagògics necessaris per transmetre adequadament els coneixements a l'alumnat, la



incorporació de la formació del SVB en l'àmbit escolar esdevé una estratègia bàsica per capacitar a la ciutadania, ja des de ven petits , per saber actuar davant d'una ACR.

A més, la integració d'aquesta formació dins del currículum escolar garanteix la sostenibilitat del programa, ja que esdevé una acció estructurada i independent d'agents externs a la comunitat educativa. Així mateix, la seva implementació necessita una mitjana de dues hores lectives anuals, fet que facilita l'aplicació i la consolidació dins del projecte educatiu del centre.

Objectius:

- Capacitar el professorat en una metodologia didàctica de tipus 'en espiral' (vegeu Taula 5), que permeti formar l'alumnat en Suport Vital Bàsic i en l'ús del desfibril·lador al llarg dels diferents cicles educatius.
- Desenvolupar habilitats de primers auxilis: Fomentar que l'alumnat conegui com actuar davant d'una emergència, adequant el seu contingut a la seva edat. Canviant la idea de “no se fer o tinc por a fer, per tant no faig” al “faig perquè sé com haig d'actuar”
- Potenciar la responsabilitat i la solidaritat: Educar en valors com la responsabilitat , l'empatia i l'ajuda mútua.
- Enfortir la confiança i l'autoestima: Saber què fer en una situació crítica pot apoderar els infants i fer-los sentir més segurs d'ells mateixos, millorant la seva autoestima i capacitat d'acció.
- Integrar l'aprenentatge significatiu i competencial: el SVB connecta directament amb la vida real, fent que l'alumnat aprengui a partir de situacions pràctiques, útils i aplicables, promovent competències transversals.
- Treballar la gestió emocional: Els infants aprenen a mantenir la calma, identificar emocions propis i alienes i reaccionar d manera adequada davant situacions d'estrès i emergència.
- Introduir nocions bàsiques de salut i seguretat: A través del SVB s'aborden continguts relacionats amb el cos humà, la salut, la prevenció d'accidents i el benestar, dins de l'àmbit d'educació per la salut.



Actualment a l'escola hi ha quatre mestres formata en SVB, però només un d'ells amb el curs actualitzat.

Així mateix, a l'escola s'està organitzant una nova edició del curs oficial de SVB pel professorat a l'inici del curs acadèmic 2025-26

El contingut curricular és regeix pel presentat a la CCR, on es mostra a la **taula 5**.

Taula 5



CURRICULUM ESCOLAR SVBe

Nivell	Edats	Contingut Curricular				
Educació Infantil						
Educació INFANTIL	3,4,5	Perill Consciència 112				Conèixer
Educació Primària						
Cicle INICIAL	6,7	Perill Consciència 112	Avisar 112			Recordar i actuar
Cicle MITJÀ	8,9	Perill Consciència 112	Avisar 112	Obrir Via aèria Valoració de la respiració PLS		Recordar i actuar
Cicle SUPERIOR	10,11	Perill Consciència 112	Avisar 112	Obrir Via aèria Valoració de la respiració PLS	Compressions toràciques Conèixer	Recordar i actuar

DIFUSIÓ A L'ENTORNA FAMILIAR

Font : consell Català de Resucitació Formació en espiral SV en centres educatius

9. Promoció hàbits cardiosaludables

Montbrió del Camp és un municipi actiu i dinàmic, on les pròpies entitats impulsen nombroses activitats al llarg de l'any per fomentar i promoure hàbits cardiosaludables.

Així mateix una localitat de poc més del 3.200 habitants desposa de 5 entitats que es dediquen a la pràctica esportiva i es clar exemple d'aquest compromís.

A continuació , es detallen els agents implicats i les iniciatives que duen a terme.

		REGIDORIA D'ESPORTS	
--	--	---------------------	--

2024	8 Març	Cursa de les dones Pedalada de dones 30km (+250) 14km (+90)	28p
	6 Abril	Dia mundial activitat física	30 p



		Circuit saludable circular (6k,4k i2,5k)	
	Juny	Mou-te per la festa major Bodycombat + zumba	30p
	Juliol	Cursets natació infantils 2 nivells (dill-div)	15 infants per grup
		Aquagym (2 dies stm)	20 persones
		Mulla't Aquagym (1h)	30 persones
		Bicicletada popular pel poble	100 persones
	Agost	Bodybalance (2 dies stm)	20 persones
	Octubre	10km	120 persones
	Novembre	Defensa personal 5 sessions (2h)	16 persones
	Setembre	Setmana de la mobilitat sostenible. Bicicletada popular (15km) Pujada Roca	30 persones
2025	Desembre	Body combat + Zumba + Bodybalnce (Marató)	50 persones
		Cursa dels nassos	120 persones
	8 Març	Cursa de les dones (2h)	40p
	6 Abril	Dia mundial activitat física	
		Circuit saludable circular (6k,4k i2,5k)	
	Juny	Mou-te per la festa major Bodycombat + zumba	
	Juliol	Cursets natació infantils 2 nivells (dill-div)	
		Aquagym (2 dies stm)	
		Mulla't Aquagym (1h)	
		Bicicletada popular pel poble	
	Agost	Bodybalance (2 dies stm)	
	Octubre	10km	
	Novembre	Defensa personal 5 sessions (2h)	
	Setembre	Setmana de la mobilitat sostenible. Bicicletada popular (15km) Pujada Roca	
	Desembre	Body combat + Zumba + Bodybalnce (Marató)	
		Cursa dels nassos	



CLUB TENNIS TAULA



2024	Gener- Juliol	• Dimarts i dijous (17-20h)	20 persones adults
		• Dissabte (21-23h)	
	Setembre- Desembre	• Escola – dimarts (17-19h)	14 infants
		• Divendres (partís 20-22h)	Segons participants
	14 Juny	12h Tennis Taula	100 persones
2025	Gener- Juliol	• Dimarts i dijous (17-20h)	20 persones adults



	Setembre- Desembre	• Dissabte (21-23h)	
		• Escola – dimarts (17-19h)	14 infants
		• Divendres (partís 20-22h)	Segons participants
	Juny	12h Tennis Taula	Previsió 100 persones
	A determinar	Campionat social	50 persones

CLUB PATÍ MONTBRIÓ

2024	Gener- Juliol Setembre- Desembre	• Dilluns i dimecres (17:30 - 21h) • Divendres (16:30 – 20:30) • Dissabte (16- 20:30h)	Segons nivell
		• Dissabte/Diumenge	Campionat segons nivell
	Juny	Exhibició/Festival	120 persones
2025	Gener- Juliol Agost- Desembre	• Dilluns i dimecres (17-20h) • Dissabte (21-23h) • Dissabte (16- 20:30h)	Segons nivell
		• Divendres (partís 20-22h)	Campionat segons nivell
	Juny	Exhibició/Festival	120 persones

CLUB PATÍ MONTSKATE

2024	Gener- Juliol Setembre- Desembre	• Dimarts i dijous (17:30 - 21h) • Divendres (21:00- 22:30h)	40 infants 10 màsters
		• Dissabte/Diumenge	Campionat segons nivell
	Gener	Exhibició/ Festival	120 persones
	Juliol	Patinada popular	30 persones
2025	Gener- Juliol Agost- Desembre	• Dimarts i dijous (17:30 - 21h) • Divendres (21:00- 22:30h)	40 infants 10 màsters
		• Dissabte/Diumenge	Campionat segons nivell
	Gener	Exhibició	120 persones
	Juliol	Patinada popular	

CLUB ATLÈTIC MONTBRIÓ

2024	Gener- Juny	Dimarts-dimecres-dijous (21- 22:00h)	15 persones
	Setembre- Desembre	Dissabte/diumenge (partit)	
2025	Gener- Juny Setembre- Desembre	Dimarts-dimecres-dijous (21- 22:00h)	15 persones



CLUB ESPORTIU MONTBRIÓ

2024	Gener- Juny	Dimarts, dijous i divendres (17-22h)	96 jugadors repartits per edats i nivells
	Octubre - Desembre	Dissabte/diumenge (partit)	Segons lliga
	Juliol	Casal d'estiu de dill-dv (9-13h)	30 infants
2025	Gener- Juny	Dimarts, dijous i divendres (17-22h)	96 jugadors repartits per edats i nivells
	Octubre- Desembre	Dissabte/diumenge (partit)	Segons lliga
	Juliol	Casal d'estiu de dill-dv (9-13h)	

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS

2024	Anual	Yoga chair (18-19h) Dilluns - Dimecres -Divendres	30 persones
	1 cop al mes (anual)	Ball de jubilats	50 persones
2025	Anual	Yoga chair (18-19h) Dilluns - Dimecres -Divendres	30 persones
	1 cop al mes (anual)	Ball de jubilats	50 persones

JOVES LA PLETA

2024	Setembre	Pujada a la Roca	120 persones
2025	Setembre	Pujada a la Roca	

ASSOCIACIÓ DE DONES

2024	Octubre	Caminada contra el càncer 7k	30 persones
2025	Octubre	Caminada contra el càncer 7k	



10. Bibliografia

<https://www.idescat.cat/emex/?id=430884>

International Liaison Committee on Resuscitation (2025). *Consensus on Science with Treatment Recommendations (CoSTR) Executive Summary 2025*. ILCOR. <https://ilcor.org/uploads/Executive-Summary-2025-COSTR.pdf>

European Resuscitation Council. (2021). *European Resuscitation Guidelines*. https://www.erc.edu/media/vat154cg/01_gl2025_exec-summary_es_v10.pdf

Arriaza Romero, P. D., Martínez Atienza, J. F., Sánchez Jiménez, C. *Primeros auxilios*. Paraninfo. ISBN: 9788413660738.

Fernández, D., Montes, B., Pulido, M., Alía, C., López, M.A. *Primers auxilis*. MacMillan. ISBN: 9788415656692.



Annex 1. Documentació referent als DEAs

PAVELLÓ MUNICIPAL



C/ Abat Oliva 1, local 1
08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 805 50 38
Email: cardiosos@cardiosos.com

AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP
PAVELLÓ MUNICIPAL
Països Catalans, 1
MONTBRIÓ DEL CAMP 43340 - TARRAGONA

Recepció

Informes revisió d'Equips / Instal·lacions.
MANTENIMENT ANUAL

DATA EXECUCIÓ: 16-01-2025

En compliment de la llei de LLEI ORGÀNICA 3/2018 de 5/desembre, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DE DRETS DIGITALS, els informem que les seves dades seran tractades convenientment segons allò que disposa la mateixa, és a dir s'implementaran mesures tècniques de seguretat i organitzatives per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resistència permanent dels sistemes i serveis de tractament de la companyia. Per això formen part d'un fitxer, sota la titularitat del qual és Cardiosos Global Protection, S.L. Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació, portabilitat i oblit a la direcció següent: C/ Abat Oliva, 1 local 1 - 08700 Igualada (Barcelona).

C/ Abat Oliva 1, local 1 - 08700 Igualada (Barcelona) - Telf. 93 805 50 38 - cardiosos@cardiosos.com

Cardiosos Global Protection, S.L. con C.I.F: B-66164930.
R.M. Barcelona (Tomo: 44093 - Folia: 215 - Hoja: B-446794 - Inscripció: 1ª)



C/ Abat Oliva 1, local 1
08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 805 50 38
Email: cardiosos@cardiosos.com

DESFIBRIL·LADORS - Informe amb el detall de la revisió realitzada

DESFIBRIL·LADORS - DADDES DE L'EQUIP	
Contracte	MANTENIMENT NI
Número de sèrie	23D98010097F23
Tipus d'equip	Semiautomàtic
Proveïdor	HEARTSINE
Model	PAD 350P
Ubicació	Recepció
Data 1a. instal·lació / manteniment	02/02/2024
DESFIBRIL·LADORS - INSPECCIÓ DE L'EQUIP	
Comprovació bossa de transport	Correcte
Neteja DEA	SI
Comprovació externa de L'equip	Correcte
Descàrrega ECG	NO
Kit RCP	Correcte
Substitució elèctrodes adult	NO
LOT elèctrodes adult	H0361
CAD. elèctrodes adult	01/12/2027
Substitució elèctrodes pediàtrics	NO
LOT elèctrodes pediàtrics	L0085
CAD. elèctrodes pediàtrics	01/02/2028
Substitució de la bateria	NO
Indicador LED bateria	No procedeix
LOT Bateria	H0361
CAD. Bateria	01/12/2027
Buidatge memòria	Correcte
Comprovació indicadors leds	Correcte
Comprovació indicadors acústics	Correcte
Comprovació botó descàrrega	Correcte
Comprovació botó ON/OFF	Correcte
Comprovació circuit de càrrega	Correcte
DESFIBRIL·LADORS - Vitrina model/Policarbonat / Foam	
Vitrina	Correcte
Vitrina model	Alvia IN
Senyalètica	Correcte
Policarbonat / Foam	No procedeix
Tòtem	No procedeix
DESFIBRIL·LADORS - Actuacions realitzades / Materials utilitzats	
DESFIBRIL·LADORS - Recomanacions i millores proposades	
Resultat Final	CORRECTE

Cardiosos Global Protection, S.L.



C/ Abat Oliva 1, local 1 - 08700 Igualada (Barcelona) - Tel. 93 805 50 38 - cardiosos@cardiosos.com

Cardiosos Global Protection, S.L. con C.I.F: B-66164930.
R.M. Barcelona (Tomo: 44093 - Folio: 215 - Hoja: B-446794 - Inscripció n.º 1)



C/ Abat Oliva 1, local 1
08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 805 50 38
Email: cardiosos@cardiosos.com

FOTOGRAFIES ANNEXES





CAMP DE FUTBOL



C/ Abat Oliva 1, local 1
08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 805 50 38
Email: cardiosos@cardiosos.com

AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP

CAMP DE FUTBOL

Ctra, Cambrils, s/n
MONTBRIÓ DEL CAMP 43340 - TARRAGONA

Interior vestuaris

Informes revisió d'Equips / Instal·lacions.
MANTENIMENT ANUAL

DATA EXECUCIÓ: 16-01-2025

En compliment de la de la LLEI ORGÀNICA 3/2018 de 5/desembre, RELATIU A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I GARANTIA DE DRETS DIGITALS, els informem que les seves dades seran tractades convenientment segons allò que disposa a la mateixa, és a dir s'implementaran mesures tècniques de seguretat i organitzatives per garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i residència permanent dels sistemes i serveis de tractament de la companyia. Per això formen part d'un fitxer, sota la titularitat del qual és Cardiosos Global Protection, S.L. Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, limitació, portabilitat i oblit a la direcció següent: C/ Abat Oliva, 1 local 1 - 08700 Igualada (Barcelona).

C/ Abat Oliva 1, local 1 - 08700 Igualada (Barcelona) - Tel. 93 805 50 38 - cardiosos@cardiosos.com

Cardiosos Global Protection, S.L. con C.I.F: B-66164930.
R.M. Barcelona (Tomo: 44093 - Folio: 215 - Hoja B-446794 - Inscripción: 1ª)



DESFIBRIL·LADORS - Informe amb el detall de la revisió realitzada

DESFIBRIL·LADORS - DADIES DE L'EQUIP	
Contracte	MANTENIMENT NI
Número de sèrie	16D00954641
Tipus d'equip	Semiautomàtic
Proveïdor	HEARTSINE
Model	PAD 350P
Ubicació	Interior vestuaris
Data 1a. instal·lació / manteniment	
DESFIBRIL·LADORS - INSPECCIÓ DE L'EQUIP	
Comprovació bossa de transport	Correcte
Neteja DEA	SI
Comprovació externa de l'equip	Correcte
Descàrrega ECG	NO
Kit RCP	Correcte
Substitució elèctrodes adult	NO
LOT elèctrodes adult	A4422
CAD. elèctrodes adult	01/11/2025
Substitució elèctrodes pediàtrics	NO
LOT elèctrodes pediàtrics	P5877
CAD. elèctrodes pediàtrics	01/10/2025
Substitució de la bateria	NO
Indicador LED bateria	No procedeix
LOT Bateria	A4422
CAD. Bateria	01/11/2025
Buidatge memòria	Correcte
Comprovació indicadors leds	Correcte
Comprovació indicadors acústics	Correcte
Comprovació botó descàrrega	Correcte
Comprovació botó ON/OFF	Correcte
Comprovació circuit de càrrega	Correcte
DESFIBRIL·LADORS - Vitrina model/Policarbonat / Foam	
Vitrina	Correcte
Vitrina model	Aivia 100
Senyalètica	Correcte
Policarbonat / Foam	No procedeix
Tòtem	No procedeix
DESFIBRIL·LADORS - Actuacions realitzades / Materials utilitzats	
DESFIBRIL·LADORS - Recomanacions i millores proposades	
Resultat Final	CORRECTE

Cardiosos Global Protection, S.L.





Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
verificado por
TUV Rheinland

C/ Abat Oliva 1, local 1
08700 Igualada (Barcelona)
Tel. 93 805 50 38
Email: cardiosos@cardiosos.com

FOTOGRAFIES ANNEXES





DEA MÓVIL COTXE BRIGADA



CERTIFICAT DE VERIFICACIÓ Y COMPROVACIÓ

MÈTODE D'ASSAIG:
EC.2017.4

Servei Instal·lació

Data: 22-01-2025

Client: AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP **Domicili:** PLAÇA DE LA VILA, 1, 43340, MONTBRIÓ DEL CAMP
Tipus Contracte: COMPRA ACM
Marca i model DEA: AMI ITALIA DESA | SMARTY SAVER **Núm. sèrie:** 505M107122400208
Ubicació: PLAÇA DE LA VILA, 1, 43340, MONTBRIÓ DEL CAMP

ESTAT DESFIBRIL-LADOR					
INSTAL·LAT: Mòbil		LLOC DE VERIFICACIÓ: Laboratorio			
Marca AED: AMI ITALIA	Model:	DESA SMARTY SAVER	S/N:	505M107122400208	
Bateria Lot:	50PS1224144	Data caducitat:		30-06-2030	
Electrodes adult Lot:	24PDF02337	Data caducitat:		30-03-2027	
Pediatrics Lot:	24PDF02337	Data caducitat:		30-03-2027	

MOTIU SUBSTITUCIÓ FUNGIBLES					
Substitució elèctrodes Adult:	Caducitat:	30-03-2027	Lot:	24PDF02337	
Substitució elèctrodes pediàtrics:	Caducitat:	30-03-2027	Lot:	24PDF02337	
Substitució bateria:	Caducitat:	30-06-2030	S/N:	50PS1224144	

AED DE SUBSTITUCIÓ :	Marca:	Model:
S/N:	Motiu substitució:	
Lot Adult:	Data caducitat:	
Lot Pediàtric:	Data caducitat:	

✦ Els consumibles mostrats en la següent taula s'han reemplaçat en el seu equip. En cas de disposar de contracte de manteniment integral no suposa cap cost afegit.

✦ Material disponible a l'hora de fer la revisió:

Senyalització No Borssa Transp. Si Àngel Cardiac No CRC No Tòtem No Ambu No Dechoker No

Monitorització: No Connexió 112: No Aïres: KIT RCP

Indicar si n'hi ha algun en mal estat o canviat:

✦ COMPROBACIÓ DE FUNCIONAMENT I VERIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EN GENERAL

Revisió del estat del connector de l'elèctrode / bateria:	Si
Comprovació correcta connexió / desconexió dels elèctrodes:	Si
Comprovació correcta inserció / extracció de la bateria principal:	Si
Comprovació funcionament del led de bateria / elèctrodes del DEA:	Si
Test de verificació manual amb descàrrega / sense descàrrega:	Si
Comprovació de funcionament del led del DEA:	Si
Comprovació maletí:	Si
Comprovació cabina model:	MALETIN SANITARIO
Apertura correcta:	Si
Canvi bateria CAB:	
Comprovació correcte funcionament alarma cabina:	
Comprovació calibratge:	
Data calibratge:	

En compliment de la llei 15/199 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les dades personals que pugui constar en el present document seran incloses en un fitxer automàtic de titularitat de TECHNOLOGY 2050, S.L. amb la finalitat de poder gestionar correctament els serveis contractats. Podran exercir els seus Drets ARD, enviant comunicació escrita a C/Gran Bretanya 28 Navo BB, -08700 Igualada. D'acord amb els Art. 21.1 i 21.2 de la llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del correu electrònic, l'informem que les dades seran incorporades a la base de dades de TECHNOLOGY 2050, S.L. Des d'aquesta podrà rebre informació a través de comunicacions promocionals i publicitàries per mitjans tradicionals o electrònics, tenint la possibilitat de revocar en qualsevol moment de manera expressa a l'adreça anteriorment assenyalada.



CONCLUSIÓ DE L'ASSAIG I VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES DEL SEU DESFIBRIL·LADOR

L'equip es lliura en correctes condicions d'ús, una vegada verificats tots els paràmetres de funcionament indicats pel fabricant i una vegada substituïts tots els components en mal estat o sense funcionament.

Les dades contingudes en aquest certificat/informe de manteniment corresponen al dia i condicions especificades al principi d'aquest.

En cas que disposi d'un contracte integral de manteniment, qualsevol recanvi per qualsevol motiu que s'hagi de realitzar en el seu desfibril·lador ja està inclòs, i per tant no té cap cost afegit. En cas de disposar d'un contracte de manteniment bàsic, o de no disposar, qualsevol recanvi que hagi d'instal·lar el tècnic en el seu desfibril·lador podria tenir un cost que el client es compromet a assumir amb la signatura d'aquest certificat. En cas de no acceptar els recanvis necessaris per al correcte funcionament del seu equip, Global Cardiac Service declina qualsevol responsabilitat originada per l'ús d'un desfibril·lador sense manteniment adequat.

Global Cardiac Services només deixarà un equip de substitució quan en el moment de la revisió el seu DEA no estigui operatiu, que disposi d'un contracte de manteniment (Bàsic o Integral) vigent, i en el moment de la intervenció el tècnic no disposi dels recanvis necessaris per al correcte funcionament del seu equip.

Observacions Tècnic

Firma Tècnic

La firma d'aquest certificat de manteniment implica acceptar els costos exclusius del seu contracte de manteniment, i especificar en aquest certificat de manteniment.

Nom i DNI :

Firma :

Observacions del lliurament :

En compliment de la Llei 15/199 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les dades personals que pugui constar en el present document seran incloses en un fitxer automàtic de titularitat de TECHNOLOGY 2950, S.L. amb la finalitat de poder gestionar correctament els serveis contractats. Podran exercir els seus Drets ARLO, enviant comunicació escrita a C/Gran Bretanya 28 Nave BB, -08700 Igualada. D'acord amb els Art.21.1 i 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del correu electrònic, l'informem que les dades seran incorporades a la base de dades de TECHNOLOGY2950, S.L. Des d'aquesta podrà rebre informació a través de comunicacions promocionals i publicitàries per mitjans tradicionals o electrònics, tenint la possibilitat de revocar en qualsevol moment de manera expressa a l'adreça anteriorment assenyalada.



BIBLIOTECA



CERTIFICAT DE VERIFICACIÓ Y COMPROVACIÓ

MÈTODE D'ASSAIG:
EC.2017.4

Servei Mantenimiento

Data: 11-06-2024

Client: AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP **Domicili:** PLAÇA DE LA VILA, 1, 43340, MONTBRIÓ DEL CAMP
Tipus Contracte: MANTENIMIENTO INTEGRAL ACM
Marca i model DEA: SCHILLER FRED EASY **Núm. sèrie:** 058996066760
Ubicació: ENTRADA BIBLIOTECA
AV. Sant Jordi, 4 (plaça), 43340, MONTBRIÓ DEL CAMP

ESTAT DESFIBRIL-LADOR			
INSTAL·LAT: Exterior		LLOC DE VERIFICACIÓ: Laboratorio	
Marca AED:	SCHILLER	Model:	FRED EASY
		S/N:	058996066760
Bateria Lot:	HYB 20-0113	Data caducitat:	19-02-2026
Electrodes adult Lot:	24PDF01046	Data caducitat:	30-10-2026
Pediatrics Lot:		Data caducitat:	

MOTIU SUBSTITUCIÓ FUNGIBLES			
Substitució electrodes Adult	Si	Caducitat:	30-07-2024
Substitució electrodes pediatrics		Caducitat:	
Substitució bateria	No	Caducitat:	19-02-2026
		S/N:	HYB 20-0113

FORMACIÓ	
Curs:	FORMACIÓ INICIAL S.V.B I ÚS DEL DEA
Data formació inicial:	28-09-2019
Data última formació:	11-05-2024
Caducitat formació:	Abans de 11-05-2027
Observacions:	La Formació (Suport Vital Bàsic i ús del desfibril·lador) la tenen realitzada i al dia, abans dels 3 anys s'ha de fer un reciclatge.

AED DE SUBSTITUCIÓ :	No	Marca:		Model:	
S/N:		Motiu substitució:			
Lot Adult:		Data caducitat:			
Lot Pediatric:		Data caducitat:			

✦ Els consumibles mostrats en la següent taula s'han reemplaçat en el seu equip. En cas de disposar de contracte de manteniment integral no suposa cap cost afegit.

✦ Material disponible a l'hora de fer la revisió:

Senyalització Si Bateria Transp. Si Àngel Cardiac No CRC No Tòtem No Ambu No Dechoker No

Monitorització: No Connexió 112: No Altres:

Indicar si n'hi ha algun en mal estat o canviat

✦ COMPROBACIÓ DE FUNCIONAMENT I VERIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EN GENERAL

Revisió del estat del connector de l'electrode / bateria:	Si
Comprovació correcta connexió / desconexió dels electrodes:	Si
Comprovació correcta inserció / extracció de la bateria principal:	Si
Comprovació funcionament del led de bateria / electrodes del DEA:	Si
Test de verificació manual amb descàrrega / sense descàrrega:	Si
Comprovació de funcionament del led del DEA:	Si

En compliment de la llei 15/199 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les dades personals que pugui constar en el present document seran incloses en un fitxer automàtic de titularitat de TECHNOLOGY 2050, S.L. amb la finalitat de poder gestionar correctament els serveis contractats. Podran exercir els seus Drets AR, enviant comunicació escrita a C/Gran Bretanya 20 Nave BB, - 08700 Igualada. D'acord amb els Arts. 21.1 i 21.2 de la llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del correu electrònic, l'informem que les dades seran incorporades a la base de dades de TECHNOLOGY 2050, S.L. Des d'aquesta podrà rebre informació a través de comunicacions promocionals i publicitàries per mitjans tradicionals o electrònics, tenint la possibilitat de revocar en qualsevol moment de manera expressa a l'adreça anteriorment assignada.



Comprovació maletí:
Comprovació cabina model:
Apertura correcta:
Canvi bateria CAB:
Comprovació correcte funcionament alarma cabina:
Comprovació calibratge:
Data calibratge:

ARKY EXTERIOR



CONCLUSIÓ DE L'ASSAIG I VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES DEL SEU DESFIBRIL·LADOR

L'equip es lliura en correctes condicions d'ús, una vegada verificats tots els paràmetres de funcionament indicats pel fabricant i una vegada substituïts tots els components en mal estat o sense funcionament.

Les dades contingudes en aquest certificat/informe de manteniment corresponen al dia i condicions especificades al principi d'aquest.

En cas que disposi d'un contracte integral de manteniment, qualsevol recanvi per qualsevol motiu que s'hagi de realitzar en el seu desfibril·lador ja està inclòs, i per tant no té cap cost afegit. En cas de disposar d'un contracte de manteniment bàsic, o de no disposar, qualsevol recanvi que hagi d'instal·lar el tècnic en el seu desfibril·lador podria tenir un cost que el client es compromet a assumir amb la signatura d'aquest certificat. En cas de no acceptar els recanvis necessaris per al correcte funcionament del seu equip, Global Cardiac Service declina qualsevol responsabilitat originada per l'ús d'un desfibril·lador sense manteniment adequat.

Global Cardiac Services només deixarà un equip de substitució quan en el moment de la revisió el seu DEA no estigui operatiu, que disposi d'un contracte de manteniment (Bàsic o Integral) vigent, i en el moment de la intervenció el tècnic no disposi dels recanvis necessaris per al correcte funcionament del seu equip.

Observacions Tècnic

Firma Tècnic

Es realitza manteniment, verificacions i actualitzacions de sistemes realitzats.

Simulació de descàrrega correcta.

Es canvia elèctrode adult per pròxima caducitat.

La bateria es troba en bon estat.

Equip en perfecte estat per el seu ús.

es molt important dotar el desfibril·lador amb els dispositius d'ajuda a primers auxilis:

Ressuscitador manual per fer les insuflacions evitant virus, bacteries, contagis de qualsevol malaltia etc..

Dispositiu per fer les compressions toràciques més fàcils i eficaces fent la pressió adequada de 41 kilos evitant trencar costelles i danyar pulmons.

La firma d'aquest certificat de manteniment implica acceptar els costos exclusius del seu contracte de manteniment, i especificar en aquest certificat de manteniment.

Nom i DNI :

Firma :

Observacions del lliurament :



CASAL DE JUBILATS



CERTIFICAT DE VERIFICACIÓ Y
COMPROVACIÓ

MÈTODE D'ASSAIG:
EC.2017.4

Servei Mantenimiento

Data: 03-10-2024

Client: AJUNTAMENT DE MONTBRIÓ DEL CAMP **Domicili:** PLAÇA DE LA VILA, 1, 43340, MONTBRIÓ DEL CAMP
Tipus Contracte: MANTENIMIENTO INTEGRAL ACM
Marca i model DEA: ZOLL DEA | ZOLL AED PLUS **Núm. sèrie:** X17H944988
Ubicació: Casal - Associació de Jubilats - C/ del Rec N° 27, 43340, MONTBRIÓ DEL CAMP

ESTAT DE FIBRIL·LADOR			
INSTAL·LAT: Exterior		LLOC DE VERIFICACIÓ: Laboratori	
Marca AED:	ZOLL	Model: DEA ZOLL AED PLUS	S/N: X17H944988
Bateria Lot:	DURACELL 125	Data caducitat:	30-09-2028
Elèctrodes adult Lot:	23DF1566	Data caducitat:	30-12-2025
Pediàtrica Lot:		Data caducitat:	

MOTIU SUBSTITUCIÓ FUNGIBLES					
Substitució elèctrodes Adult	No	Caducitat:	30-12-2025	Lot:	23DF1566
Substitució elèctrodes pediàtrica		Caducitat:		Lot:	
Substitució bateria	No	Caducitat:	30-09-2028	S/N:	DURACELL 125

FORMACIÓ	
Curs:	FORMACIÓ INICIAL SVB I ÚS DEL DEA
Data formació inicial:	11-05-2024
Data última formació:	11-05-2024
Caducitat formació:	11-05-2027
Observacions:	La formació de: Suport Vital Bàsic i ús del DEA, és obligatòria, per a complir amb la Normativa: Decret 30/2015 de la Generalitat de Catalunya. Realitzada correctament.

AED DE SUBSTITUCIÓ :	Marca:	Model:
S/N:	Motiu substitució:	
Lot Adult:	Data caducitat:	
Lot Pediàtric:	Data caducitat:	

♦ Els consumibles mostrats en la següent taula s'han reemplaçat en el seu equip. En cas de disposar de contracte de manteniment integral no suposa cap cost afegit.

♦ Material disponible a l'hora de fer la revisió:

Senyalització No Bateria Transp. Sí Àngel Cardiac No CRC No Tòtem No Ambu No Dechoker No

Monitorització: No Connexió 112: No Altres: FALTA KIT RCP
Indicar si n'hi ha algun en mal estat o canviat

♦ COMPROVACIÓ DE FUNCIONAMENT I VERIFICACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ EN GENERAL

Revisió del estat del connector de l'elèctrode / bateria:	Sí
Comprovació correcta connexió / desconexió dels elèctrodes:	Sí
Comprovació correcta inserció / extracció de la bateria principal:	Sí
Comprovació funcionament del led de bateria / elèctrodes del DEA:	Sí
Test de verificació manual amb descàrrega / sense descàrrega:	Sí
Comprovació de funcionament del led del DEA:	Sí

En compliment de la Llei 15/199 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les dades personals que pugui constar en el present document seran incloses en un fitxer automàtic de titularitat de TECHNOLOGY 2050, S.L. amb la finalitat de poder gestionar correctament els serveis contractats. Podem exercir els seus Drets ARD, enviant comunicació escrita a C/Gran Bretanya 20 Nave BB, -08700 Igualada. D'acord amb els Art.21.1 i 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la informació i del comerç electrònic, l'informem que les dades seran incorporades a la base de dades de TECHNOLOGY 2050, S.L. Des d'aquesta podrà rebre informació a través de comunicacions promocionals i publicitàries per mitjans tradicionals o electrònics, tenint la possibilitat de revocar en qualsevol moment de manera expressa a l'adreça anteriorment assenyalada.



Comprovació maletí:
Comprovació cabina model:
Apertura correcta:
Canvi bateria CAB:
Comprovació correcte funcionament alarma cabina:
Comprovació calibratge:
Data calibratge:



CONCLUSIÓ DE L'ASSAIG I VERIFICACIÓ DE PARÀMETRES DEL SEU DESFIBRIL·LADOR

L'equip es lliura en correctes condicions d'ús, una vegada verificats tots els paràmetres de funcionament indicats pel fabricant i una vegada substituïts tots els components en mal estat o sense funcionament.

Les dades contingudes en aquest certificat/informe de manteniment corresponen al dia i condicions especificades al principi d'aquest.

En cas que disposi d'un contracte integral de manteniment, qualsevol recanvi per qualsevol motiu que s'hagi de realitzar en el seu desfibril·lador ja està inclòs, i per tant no té cap cost afegit. En cas de disposar d'un contracte de manteniment bàsic, o de no disposar, qualsevol recanvi que hagi d'instal·lar el tècnic en el seu desfibril·lador podria tenir un cost que el client es compromet a assumir amb la signatura d'aquest certificat. En cas de no acceptar els recanvis necessaris per al correcte funcionament del seu equip, Global Cardiac Service declina qualsevol responsabilitat originada per l'ús d'un desfibril·lador sense manteniment adequat.

Global Cardiac Services només deixarà un equip de substitució quan en el moment de la revisió el seu DEA no estigui operatiu, que disposi d'un contracte de manteniment (Bàsic o Integral) vigent, i en el moment de la intervenció el tècnic no disposi dels recanvis necessaris per al correcte funcionament del seu equip.

Observacions Tècnic

- Es realitza higienització de l'equip.
- L'elèctrode adult es troba en perfecte estat.
- Bateria en bon estat de càrrega.
- Verificació i actualització de sistemes correctes
- Test de simulació de descàrrega realitzada amb èxit.
- Actualització de Software.
- Equip en perfecte estat per al seu ús.

Firma Tècnic

La firma d'aquest certificat de manteniment implica acceptar els costos exclusius del seu contracte de manteniment, i especificar en aquest certificat de manteniment.

Nom i DNI :

Firma :

Observacions del lliurament :

En compliment de la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les dades personals que pugueu constar en el present document seran incloses en un fitxer automàtic de titularitat de TECHNOLOGY 2050, S.L. amb la finalitat de poder gestionar correctament els serveis contractats. Podran exercir els seus Drets AR, enviant comunicació escrita a C/Gran Bretanya 28 Nave BB, -08700 Igualada. D'acord amb els Art.21.1 i 21.2 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del correu electrònic, l'informem que les dades seran incorporades a la base de dades de TECHNOLOGY2050, S.L. Des d'aquesta podrà rebre informació a través de comunicacions promocionals i publicitàries per mitjans tradicionals o electrònics, tenint la possibilitat de revocar en qualsevol moment de manera expressa a l'adreça anteriorment assenyalada.



Annex 2. Primers interventors formats al municipi de Montbrió del Camp.

DATA	INSCRITS	FORMACIÓ
11 maig 2024		Formació base 6h
9 Novembre 2024		Formació base 6h
16 Novembre 2024		Formació base 6h

